PROGNOSYS VOOR AMTAX sc

Voorkom onverwachte situaties

PROGNOSYS is een voorspellend diagnosesysteem dat u waarschuwt voor mogelijke problemen met uw instrument, waardoor u proactief kunt zijn in uw onderhoud. Kom erachter of veranderingen in uw metingen voortkomen uit afwijkingen in uw instrument of uw proces.

PROGNOSYS

Meetindicator
De meetindicator bewaakt de onderdelen van het instrument en gebruikt die informatie om de gebruiker te attenderen op toekomstige onderhoudsbehoeften en geeft de betrouwbaarheid van het signaal weer.

Onderhoudsindicator
De onderhoudsindicator houdt het aantal dagen bij tot het instrument onderhoud of service nodig heeft.

Hulpmiddel om uw onderhoud te plannen *voordat* uw metingen worden beïnvloed.

ONDERHOUD VEREIST



Meetindicator

Extreem lage reagensniveaus

Een instrumentfout




Onderhoudsindicator

< 1 dag tot de volgende aanbevolen onderhoudstaak

Water in de analyser

ONDERHOUD NODIG



Meetindicator

Lage reagensniveaus; moet snel worden vervangen

Vervanging van pompplunjer meer dan 60 dagen te laat

Filtermodule is vervuild; reiniging snel vereist (geldt alleen voor analysers met een filtersonde)

Een instrumentwaarschuwing



Onderhoudsindicator

4 dagen resterend tot de volgende onderhoudstaak (door gebruiker aan te passen)

GEEN ONDERHOUD VEREIST



Meetindicator

Reagensniveaus acceptabel (1,5 % of meer resterend)

Pompplunjer in goede staat (100 %) of pompplunjer moet worden vervangen (76–99 %)

Filtermodule in goede staat

95 % terwijl analyser opwarmt

95 % terwijl analyser afkoelt



Onderhoudsindicator

7 dagen resterend tot de volgende onderhoudstaak (door gebruiker aan te passen)

Weinig tot geen vocht gedetecteerd in de analyser

Veel van de parameters en taken die voor de meetindicator worden meegenomen, worden ook weergegeven via de onderhoudsindicator als de betreffende instrument-onderdelen snel onderhoud nodig hebben.

DOC053.56.30233.Apr15

HACH LANGE